

「触媒反応解析装置 一式(公告日:2025年9月12日)」に關していただいたご質問について、以下の通り回答いたします。

No.	種類	ページ／項目	質問	回答
1	仕様書	5.構成機器の仕様	5-1.(5)フローリアクター:通信用にRS485コネクタを備えること。 →USB接続での通信でも問題ないでしょうか。	USB接続での通信で問題ございません。
2	仕様書	7.搬入・設置・調整・講習	(4)装置の試運転および講習に必要な試薬消耗品は、納入業者が用意すること。 →一般的な反応・分析用溶媒(超純水、アセトニトリル、メタノール、ギ酸、IPA、エタノール、アセトンなど)はお客様にてご準備およびご提供をお願いすることは可能でしょうか。装置指定の調整用標準試料はご用意いたします。	装置の試運転および講習に必要な、一般的な反応・分析用溶媒は当館で用意いたします。
3	仕様書	8.保守	(1)納入検査後1年間を保証期間とし、保証期間中に装置に瑕疵があると認められ場合には、速やかに無償で修理または交換を行うこと。 →標準のご使用範囲内の場合、保証期間は納入設置日から1年間といたしますが、各社装置の接続部分および特注部分についてはその限りではございません。その対応でもよろしいでしょうか。	接続部分および特注部分に關しましては、納入時の動作確認で問題ないことを確認したうえで、保証期間を設けないことでも可といたします。